

انواع برچسب کالیبراسیون و کنترل کیفی

برچسب سبز: نشان دهنده آن است که دستگاه تست شده و نتایج آزمون بیانگر آن است که عملکرد دستگاه در رنج استاندارد است. تجهیزات در دامنه استاندارد قرار دارند.



برچسب زرد: مشروط؛ نشان دهنده آن است که نتایج حاصل از آزمون ها بیانگر آن است که برخی تست ها خارج از حد استاندارد است و دستگاه در برخی حالت ها مشروط و محدود گردیده است. کپی گواهینامه کنترل کیفی این گونه تجهیزات باید به همراه دستگاه بوده و در دسترس کاربر قرار گیرد.



برچسب قرمز: مردود؛ نتایج حاصل از انجام آزمون ها بیانگر آن است که دستگاه قابلیت استفاده در بخش درمانی را نداشته و نیاز به سرویس و تعمیر دارد. استفاده از این تجهیزات ممنوع است و باید از دسترس کاربران خارج گردد.

